

Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
ul. Racjonalizacji 6/8
02-673 Warszawa

Do : - uczestnicy postępowania przetargowego

WYJAŚNIENIA nr 2
do treści SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: **ZP/GS-240-04/2013**

Nazwa zadania: **Dostawa, montaż i uruchomienie spektrometru emisyjnego ze wzбудzeniem plazmowym typu ICP-OES.**

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2009 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”, Zamawiający udziela poniżej odpowiedzi na otrzymane od Wykonawców pytania:

Pytanie 1

Zgodnie z zapisem zawartym w Załączniku nr 1 do SIWZ opisującym „*Parametry i minimalne wymagania techniczne dot. przedmiotu zamówienia*” w pkt. 3 wymagany jest zakres spektralny, co najmniej od 175 nm do 840 nm. Czy dopuszczają Państwo możliwość zaoferowania równoczesnego spektrometru emisyjnego z plazmą indukcyjnie sprzężoną z podwójnym systemem obserwacji plazmy poziomej, posiadającego zakres spektralny od 163 nm do 782 nm?

Odpowiedź:

Nie. Zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SIWZ, Zamawiający określa, aby zakres spektralny wynosił 175 do 840 nm. Określony zakres do 785 nm Zamawiający traktuje jako wartość minimalną.

Mając na uwadze fakt, iż firmy oferują zakresy do 900 nm, nie dopuszczamy możliwości zmiany zakresu spektralnego do 785 nm.

Pytanie 2

Zgodnie z zapisem zawartym w Załączniku nr 1 do SIWZ opisującym „*Parametry i minimalne wymagania techniczne dot. przedmiotu zamówienia*” w pkt. 4 wymagany jest dostęp do co najmniej 90% widma w oferowanym zakresie.

Czy dopuszczają Państwo możliwość zmiany brzmienia tego punktu jak następuje: „Dostęp do co najmniej 90% linii emisyjnych wykorzystywanych w spektrometrii ICP-OES”?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza taką zmianę.

Ponadto Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie zostały zamieszczone również na stronie internetowej Zamawiającego www.imbigi.pl

Wyjaśnienia nr 1 do treści SIWZ stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) i będą wiążące przy składaniu ofert.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Joanna Tanana