

Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
ul. Racjonalizacji 6/8
02-673, Warszawa

Do :- uczestnicy postępowania przetargowego

WYJAŚNIENIA nr 1

do treści SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: **ZP/GS-240-05/2013**

Nazwa zadania: **Dostawa, montaż i uruchomienie optycznego mikroskopu pomiarowego dla IMBiGS.**

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2009 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”, Zamawiający udziela poniżej odpowiedzi na otrzymane od Wykonawców pytania:

Pytanie 1

Prosimy o określenie czy Zamawiający wymaga, aby mikroskop umożliwiał obserwację obrazu tylko z toru kamery na monitorze (mikroskop bez nasadki okularowej i okularów) czy też ma on oprócz obrazu na monitorze umożliwić obserwację przez okulary?

Odpowiedź:

Dodatkowa obserwacja przez okulary nie jest wymagana.

Pytanie 2

Prosimy o określenie czy Zamawiający wymaga, aby zmiana powiększenia w mikroskopie była realizowana przez zmianę kilku obiektywów czy też była realizowana przez głowicę *zoom* (płynna zmiana powiększenia)?

Odpowiedź:

Wymagana jest jedynie zmiana powiększenia przez wymienne obiektywy.

Pytanie 3

Czy Zamawiający zgodzi się na dopisanie we wzorze umowy §5 pkt. 4 po słowach „Wykonawca zapewnia czas reakcji serwisu od momentu zgłoszenia usterki maksymalnie 48 h” – słów „w dni robocze”?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający zgadza się.

Ponadto Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie zostały zamieszczone również na stronie internetowej Zamawiającego www.imbigs.org.pl

Wyjaśnienia nr 1 do treści SIWZ stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) i będą wiążące przy składaniu ofert.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Joanna Tanana